

KAN NAKLİ POLİETİLEN TEKNİK ARTNAMES

1. Kan komponentlerinin güvenli şekilde nakledilmesi için tasarlanmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. En az 3 katmanlı LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) yapıları arasında yerleştirilmeli ısı transferini azaltan yalıtım maddesi (geniletilmiş polystiren köpük) olmak üzere 3 katmandan oluşmalıdır.
4. Kullanılan yalıtım maddesi tek parça ve polietilen altından ısı kaçırmasına izin vermemelidir.
5. Polietilenin iç kısmında bulunan çift taraflı yapışkanlı yüzeyin üzerindeki bant kaldırılarak polietilen ağız tam ve sıkıca kapatılmalıdır.
6. Torbanın esnasında torbanın ağız tam kapalı, nakli yapan şahısların bulaşmasını önlemeli ve nakil esnasında torbanın ürüne müdahale izni vermemelidir.
7. Varış noktasında polietilen ayrıca bir ekipmana gerek duymayacak şekilde perforeli bölümden çekilerek ve tekrar kapatılmayacak şekilde açılabilir.
8. Kolay torbanın açılması için el girebilecek torbanın deliği bulunmalıdır.
9. Maksimum torbanın kapasitesi 1000ml. olmalıdır.
10. Kullanıcı istediği takdirde: iç kısmına ısı kontrol etiketi uygulayabilmelidir.
11. Kullanıcı istediği takdirde: dehidratasyon ve torbanın süreleri için torba içerisine ek soğutucular (buz aküsü, jel, v.b.) koyabilmelidir.
12. Polietilenin ön yüzünde:
Kan Merkezi tarafından doldurulmak üzere: Kapatma tarihi ve saati, Gönderen merkez, Gönderenin adı, Gidecek hastane, Servis/Oda, Hasta Kan Grubu, Hasta adı, Kan ve/veya kan komponentinin adı ve adedi (Eritrosit, Trombosit, Taze Donmuş Plazma, Kriyo, Tam kan, Diğer) bilgileri olmalı, polietilen yüzeyi bilgilerin silinmeyecek şekilde yağlamasına (tükenmez kalem, cam kalemi, v.b. ile) uygun olmalıdır.
13. Polietilenin arka yüzünde:
Torbanın açılmaması, Sadece kan ve/veya kan komponentleri için olduğu
Tek kullanımlık olduğu, Tıbbi atık olduğu, sıcak ve soğukla direkt temastan, ağız çalkalamadan kaçınılması, güvenli nakil süresi için bilgi alınması gibi emniyetli nakil uyarı bilgileri, ürüne ait barkod ve lot numarası yer almalıdır.
14. Üretici firmanın ISO Belgesi olmalıdır.
15. Ürüne ait Sağlık Bankası tarafından onaylı TITUBB kodu olmalıdır. Kod ürün üzerinde bulunmalıdır.