

HORTUM KAPAMA C HAZI TEKNİK ARTNAMES

- 1- Taınabilir cihaz, bataryalı güç ünitesi ve koaksiyel kablo ile güç ünitesine baılanan sert plastikten imal edilmi, kullanımı kolay ergonomik kapatma ünitesi ünitelerinden olmalıdır.
- 2- Cihaz kan torbaları, aferez setleri ve kemik ili i dondurma torbalarının hortumlarını RF yöntemiyle kapatabilmelidir. Kapatma esnasında ısı üretilerek kan hücrelerine zarar vermemelidir.
- 3- Hortum, cihaz ile kapatıldıktan sonra her iki taraftan çekilerek rahat bir eilde ayrılmalı, makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 4- Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
- 5- Cihaz, kapatma zamanı 0,5 ile 5 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 6- Cihazın ana gövdesinde açma kapama dümesi, arj durumu, kapama i lemine hazır oldu u, kapama i leminin tamamlandı ı ve sıcaklık alarm göstergeleri bulunmalıdır.
- 7- Cihaz ile birlikte ücretsiz arj kablosu, koaksiyel kablo ve taıma askısı verilmelidir.
- 8- Cihazın a ırlı ı bataryası ile birlikte 1,3 Kg. ergonomik kapatma ünitesi a ırlı ı 230 Gramı geçmemelidir.
- 9- Ergonomik kapatma ünitesi, dı çapı 3-6 mm'ye kadar olan PVC hortumları steril ve sıvı akı ı olmayacak eilde kapatabilmelidir.
- 10- Ergonomik kapatma ünitesi üzerinde kapama i leminin tamamlandı ını gösteren uyarıcı ı ık olmalıdır.
- 11- Ergonomik kapatma ünitesi elektrotları plastik bir kapakla korunmalı ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
- 12- Kapatma i leminden sonra maksimum 3 saniye sonra cihaz tekrar kullanıma hazır olmalıdır.
- 13- Tam kapasite arj olan cihaz ile 500 veya üzeri kapatma i lemi yapılabilirdir.
- 14- Cihaz 220V /50 Hz /50 ebeke voltajı ile çalı an uygun arj cihazı ile arj edilebilmelidir.
- 15- Cihazın pili 12V/2Ah., Frekansı 40,68 MHz. Kristal kontrollü, Çıkı Gücü 100W/50 Ohm.
- 16- Cihazın 93/42 EEC Belgesi olmalıdır.
- 17- Cihazı veren firma Türkiye Distribütörü oldu unu belgelemelidir.
- 18- Cihaz teknik servis hizmeti veren firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.
- 19- Cihazın Sa ılık Bakanlı ı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 20- Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti kar ılı ı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.