

OTOMATİK HORTUM SİYİRMA C HAZIR TEKNİK ARTNAMES

- 1- Cihaz kan torbası hortumundaki kanı otomatik bir şekilde sıyırmalıdır.
- 2- Cihaz ebeke cereyanı veya akü ile çalışmalıdır.
- 3- Cihazın otomatik durdurma özelliğine sahip versiyonu da olmalıdır.
- 4- Cihaz masaüstü ve elde kullanıma uygun olmalıdır.
- 5- Cihaz sağ veya sola kullanıma uygun olarak üretilebilmelidir.
- 6- Cihazın aşırı yük koruması olmalıdır.
- 7- Cihaz ileri ve geri çalışabilmelidir.
- 8- Cihazın güç kaynağı ve aküsü olmalıdır.
- 9- Cihazın motoru 9V 20W olmalıdır.
- 10- Cihazın ağırlığı (+/- 20 gr).
El üniteli modeller 640 gr.
Masa üstü model 1.480 gr.
- 11- Cihazın boyutları (+/- 5mm)
Uzunluk 195mm.
Geniçlik 39mm/47mm/65mm.
Yükseklik 62mm.
- 12- Cihazın aksesuarları;
Adaptör ve akü arj ünitesi 100 V- 240 V AC 50-60 Hz.
Akü set NiMh 7,2 V 700 mA.
- 13- Cihazın CE Belgesi olmalıdır.
- 14- Cihazı veren firma Türkiye Distribütörü olduğunu belgelemelidir.
- 15- Cihaz teknik servis hizmeti veren firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.
- 16- Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 17- Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti karlılığı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.