

KAN ve KAN ÜRÜNLER SAKLAMA DOLABI TEKNİK ARTNAMES
672 TORBA KAPASİTE (450ml)

1. Cihaz 93/42 CE Sınıf IIa kan saklama ko ullarına uygun olarak üretilmi olmalıdır.
2. Cihaz çalı ma sıcaklı ı +4 ° C de sabit olmalıdır.
3. Cihaz 672 Kan torba kapasiteli olmalıdır(450ml).
4. Cihaz dı ölçüleri 144x82x205 cm. iç ölçüleri 130x69x151 cm. A ırlık en fazla 220 kg. olmalıdır.
5. Cihaz paslanmaya dayanıklı malzemeden üretilmi olmalı yalıtım malzeme kalınlı ı en az 70 mm olmalıdır.
6. Cihaz çift kapılı ve 2 numara cam ile üretilmi olmalı, kapı sistemi üçlü cam panelli olmalıdır.
7. Cihazın elektrikli dijital tu kilidi olmalıdır.
8. Cihazda frenli tekerlek sistemi olmalıdır.
9. Cihazın teleskopik kızıaklar üzerine monte edilmi çıkartılabilir çekmecesini olmalıdır.
10. Cihaz kontrolörü ECT-F Touch +DMLP Touch Dijital Monitörlü olmalıdır.
11. Akustik ve elektrik kapalı durumdayken otomatik kayıt ile elektrik kesintisi ve arızalar görsel olarak alarm vermelidir.
12. Cihazın emniyet termostatu olmalıdır.
13. Tüm veriler ve arıza kayıtları SD kartta 10 yıl, flash bellek üzerinde 1 yıl saklanabilmelidir.
14. Cihazın sıcaklık grafik göstergesi olmalıdır.
15. Cihazın USB SD- SIM Ba lantı yeri ve RS 485 ve RJ45 ba lantı portu bulunmalıdır.
16. So utucu tipi hava so utmalı ve eritme yo u ma suyunun otomatik buharla masıyla olmalıdır.
17. Cihaz otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
18. So utucu tipi R134A olmalı ve CFC gaz içermemelidir.
19. Cihazın led tipi lambası olmalıdır.
20. Cihaz çalı ma voltajı 230V/1/50 Hz olmalıdır.
21. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına kar ı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

NOT: Farklı modellere ait cihaz bilgileri ve ebatları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.