

MANUEL EKSTRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz santrifüj edilmiş torbadaki kanın plazmasının hücrelerinden ayrılmasında kullanılmalıdır.
2. Cihaz her türlü standart kan torbası ile kullanabilmelidir.
3. Cihazın sıkıştırma tablası torba içerisindeki hücre plazma fazının görülebilmesi için, şeffaf olmalıdır.
4. Cihaz paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Cihazın boyutları 19x25x24 cm. ' yi geçmemelidir.
6. Cihazın ağırlığı 25 kg. geçmemelidir.