

BUZ AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Buz Aküleri 10 litre Kan taşıma kutularına uygun olmalıdır.
2. Buz aküleri tam kan ve eritrosit süspansiyonları için +4C°-mavi renk, trombosit süspansiyonları için +22C°-yeşil renk ve taze donmuş plazmalar için -30C°- sarı renk olmalıdır.
3. +4C° ve +22C° akülerin üzerinde akü sıcaklık değerini gösteren şerit termometre olmalıdır.
4. Aküler plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Aküler;
+4C° aküler +2C°' de,
+22C° aküler +20C° ile +22C°' de,
-30C° aküler -30C° ile -40C° arasında muhafaza edilmelidir.
6. Aküler European Regulation 93/42/EWG kullanıma uygun olmalı ve üretici firmanın bu belgesi olmalıdır.
7. Üretici firmanın ISO Belgesi olmalıdır.
8. Aküleri veren firmanın Türkiye'de satış yetki belgesi olmalıdır.
9. Aküleri veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
10. Aküleri veren firmanın ISO 9001 2015 Kalite Belgesi olmalıdır.