

HORTUM KAPAMA C HAZI TEKNİK ARTNAMES

- 1- Elektrikli masaüstü cihaz, güç ünitesi ve tezgâh ünitelerinden oluşmalıdır.
- 2- Cihaz kan torbaları, aferez setleri ve kemik iliği dondurma torbalarının hortumlarını kapatabilmelidir..
- 3- Hortum, cihaz ile kapatıldıktan sonra her iki taraftan çekilerek rahat bir şekilde ayrılmalı, makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 4- Cihaz, kapatma zamanı 0,5 ile 5 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 5- Cihazın açma kapama düğmesi, kapama işlemine hazır olduğu, kapama işleminin tamamlandığı ve sıcaklık alarm göstergeleri bulunmalıdır.
- 6- Cihaz ile birlikte ücretsiz elektrik kabloları ve koaksiyel kablo verilmelidir.
- 7- Cihazın güç ve tezgâh ünitesi ağırlığı 5,1 Kg. geçmemelidir.
- 8- Cihaz üzerinde kapama işleminin tamamlandığını gösteren uyarıcı ışık olmalıdır.
- 9- Kapatma işlemi sürekli olmalıdır.
- 10- Cihaz 100/115/230/240 VAC 50/60 Hz frekansa çalışabilmeli ve güç tüketimi 220 VA olmalıdır..
- 11- Cihazın Frekansı 40,68 MHz. RF Çıkışı Gücü 70W olmalıdır.
- 12- Cihazın dahili sigortası yüksek akıma karşı korumalı PTC tip olmalıdır.
- 13- Cihazın sınıflandırması elektrik şokuna karşı koruması, Sınıf I Tip B olmalıdır.
- 14- Cihazın emniyet onayı IEC 601-1, EMC- Onayı, IEC 601-1-2- Emisyon- EN55011 Grup 2 Sınıf B olmalıdır.
- 15- Cihazın 93/42 EEC Belgesi olmalıdır.
- 16- Üthal ürünler için üretim yapıldığı ülkeden düzenlenmiş A.TR Belgesi ve gümrük giriş beyannamesi olmalıdır. Teklif ile birlikte A.TR ve gümrük giriş beyannamesi de verilmelidir. Bu iki belgede tutarsızlık olan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 17- Üthal edilen ürünlerin Türkiye satış yetki belgesi olmalıdır.
- 18- Üthalatçı firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.
- 19- Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 20- Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.