

## **KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ** **(16 Litre)**

1. Kan taşıma çanta kapasitesi 16 Litre olmalıdır.
2. Kan taşıma çantası içerisine 5 adet soğutucu akü veya 1 adet soğutucu akü ve 4 adet soğutucu akü çerçevesi yerleştirme imkânına olmalıdır.
3. Kan taşıma çantası ağırlığı 930 gr olmalıdır.
4. Kan taşıma çanta İç hacim volümü 16 Litre olmalıdır.
5. Kan taşıma çanta boyutları 380 x 200 x 330 mm olmalıdır.
6. Kan taşıma çantası kısa süreli taşıma için uygun olmalıdır.
7. Kan taşıma çantası, kan ve organ gibi biyolojik ürünlerin emniyetli ve hijyenik biçimde nakil edilmesi için kullanıma uygun olmalıdır
8. Kan taşıma çantası ambulans ve araçlarda kullanıma uygun olmalıdır.
9. Kan taşıma çantasının içi ve dışı biyolojik ürün taşımaya elverişli, toksitesi olmayan materyalden imal edilmiş olmalıdır.
10. Kan taşıma çantasının izolasyonu, ısı değişikliklerine imkân vermeyecek şekilde sert naylon ve yalıtım malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
11. Kan taşıma çantası içerisinde boş yer kaybı olmamalıdır. Akülere uygun olmalıdır.
12. Kan taşıma çantası taşımayı kolaylaştıran tutma kulpları olmalıdır.
13. Kan taşıma çantası fabrikasyon ve üretim hatalarına karşı 2( iki ) yıl garantili olmalıdır.
14. Kan taşıma çanta CE markasına sahip olmalıdır.