

## BUZ AKÜLÜ KAN TA İMA KUTUSU TEKNİK ARTNAMES

- 1.1 Akülü Kan Nakil Kutuları akü ile kullanımlarda +4 °C (Tam kan ve eritrosit süspansiyonu için) +22 °C (trombosit süspansiyonu için) ve -30 °C (plazma için) ısılarını sağlamalıdır.
- 1.2. Akülü Kan Nakil Kutusu akü ısı derecesine göre sabit iç ısı sağlamalıdır. Cihaz bu ısıyı, ± 2°C aralıklarla korumalıdır. Ayrıca cihazın muhtelif yerlerinde ölçülen sıcaklıklar arasındaki fark 1°C' yi geçmeyecektir.
- 1.3. Akülü Kan Nakil Kutusu ile birlikte kutuya uyumlu 1 adet akü ücretsiz verilecektir.  
Akü teknik özellikleri aşağıda yazılmıştır.  
Kan hücreleri için tercihen mavi renkli, +4°C'lik akü,  
Trombosit süspansiyonu için tercihen yeşil renkli, +22 °C'lik akü,  
Plazmalar için tercihen sarı renkli -30 °C'lik akü
- 1.4. Akülü Kan Nakil Kutusunun kullanılır hacmi 10 litre +/-1 litre olacaktır. Portatif taşınabilir olmalıdır. Kolay taşınabilmesi için kol askısı ve tutma yerleri olmalıdır.
- 1.5. Akülü Kan Nakil Kutusunun malzemesi geniletilmiş polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 1.6. Akülü Kan Nakil Kutuları ile birlikte kan ve kan komponentlerinin birbirine temasını engelleyen metal çubuklar verilmelidir.
- 1.7. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.