

## **PLAZMA ERİTME POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Plazma Eritme Poşeti Plazmaları eritmek için kullanılmalıdır.
2. Poşet ağızı açık diğer yanlar kapalı olmalıdır, açık kısım cihazın askı bölümüne asılabilmesi için her iki taraftan delik olmalıdır.
3. Poşetin ölçüleri EN 170 mm. BOY 350 mm. olmalıdır. (+/- 20mm)
4. Poşet kalınlığı 90U TK olmalıdır.
5. Poşet LDPE malzemeden mamul olmalıdır.
6. Poşetin kaynak (yapışma) yerleri su geçirmez özellikte olmalıdır.
7. Şeffaf renkte olmalıdır.
8. Poşetlerin ağız kısımları rahatça açılmalı, üst üste konmuş şekilde kolay kullanımlı ve birbirlerine yapışık olmamalıdır.