

Manuel Plazma Extraktör Teknik Şartnamesi

- 1- Torba içinde bulunan kanın bileşenlerinin kolayca ayrıştırılması için tasarlanmış bir tıbbi cihaz olmalıdır.
- 2- Transparan polikarbonat paneli sayesinde, operatörün, kan bileşenlerini ana torbadan diğer torbalara çok hassas ve güvenli bir şekilde bölünüp aktarılmasına olanak sağlamalıdır.
- 3- Tam kandan başlayarak, plazmadan Konsantre Kırmızı Kan Hücrelerinin (GRBC), Trombosit-Fakir Plazmanın (PPP), Trombosit-Zengin Plazmanın (PRP), Beyaz Kan Hücresi Tabakasının (BC) ve Trombositlerin (PLT) çıkarılması işlemlerine uygun olmalıdır.
- 4- Kan bileşenlerinin ayrıştırılması esnasında hassas ve ayarlanabilir basınç uygulayabilmelidir.
- 5- Kanülün elle kırılmasına olanak vermek üzere, torbayı asmaya yarayan destek olmalıdır.
- 6- Yüksek kaliteli yayları sayesinde son derece sessiz çalışmalıdır.
- 7- Kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir tasarım olmalıdır.
- 8- Kırılmaz şeffaf polikarbonattan mamul baskı plakası olmalıdır.
- 9- Malzeme Paslanmaz çelik boyalı olmalıdır.
- 10-Ağırlık: En fazla 4 Kg. olmalıdır.
- 11-Ebatlar: En fazla En 170mm, Derinlik 240 mm, Yükseklik 264mm. olmalıdır.
- 12-Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 13-Cihaz EC sertifikasına sahip olmalıdır. Teklif ile birlikte ihale dosyasında verilmelidir.
- 14-Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır. Teklif ile birlikte ihale dosyasında verilmelidir.
- 15-Yerli ise TSE Üretim Belgesi, İthal ise İthalatçı Yetkili Distribütörlük belgesi olmalıdır. Teklif ile birlikte ihale dosyasında verilmelidir.
- 16-İthalatçı firmanın Yetki Belgesi Apostil onaylı veya üretimin yapıldığı ülkeden Türkiye Konsolosluk Onaylı Belgesi olmalıdır. Teklif ile birlikte ihale dosyasında verilmelidir.
- 17- İthalatçı veya üretici firmanın Teknik Servis için TSE ve ISO Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Teklif ile birlikte ihale dosyasında verilmelidir.