

PLAZMA SAKLAMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plazma Kutusu, Plazmaları dolapta az yer kaplayacak şekilde depolamalı ve güvenli taşımaya uygun olmalıdır.
2. Kutu ağızları açık, diğer yanlar kapalı olmalıdır, açık kısımlar rahatça kullanılmalı, katlanabilmeli ve kapama ve açmaya uygun olmalıdır.
3. Kutu ön yüzü pencereyi üzeri naylon kaplı olmalıdır. Kutu örneği Kan Merkezinden temin edilecektir.
4. Kutu kalınlığı 350- 400 Gr /m². Karton Lük veya Triplex Kartondan olmalıdır.
5. Kutunun kaynak (yapışma) yerleri sağlam olmalı sıcak ve soğuktan etkilenmemeli ve açılmamalıdır.
6. Kutu dolapta su ile temas ettiğinde hemen deforme olmamalıdır.
7. Kutular üst üste katlanarak konmuş ve az yer kaplayacak şekilde olmalıdır.
8. Teklif veren firmanın Tıbbi Cihaz Satı Merkezi Yeri Belgesi ve firma ÜTS Kaydı olmalıdır.
9. ISO Belgesi olmalıdır.