

DERİN DONDURUCU TEKNİK ARTNAMES
544 L TRE

1. Cihaz 93/42 CE Standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Cihaz çalışır durumda sıcaklık aralığı $-20 / -40^{\circ} \text{C}$ arasında olmalıdır.
3. Cihaz 544 litre kapasiteli olmalıdır(Brüt kapasitesi 620 litre).
4. Cihaz dış ölçüleri 72x86,5x205 cm. iç ölçüleri 60x68,6x132 cm. Ağırlık en fazla 143 kg. olmalıdır.
5. Cihaz paslanmaz çelik üzerine pas ve aşınmaya karşı dayanıklı, bakteriyostatik beyaz malzeme ile kaplanmıştır. Yalıtım malzemesi kalınlığı en az 60 mm olmalıdır.
6. Cihaz tek kapılı ve ergonomik alüminyum saplı olmalıdır.
7. Cihazda tekerlek sistemi olmalıdır.
8. Cihazın en az 3 raflı olmalıdır
9. Cihaz kontrolörü ECT-F Touch Dijital Monitörlü olmalıdır.
10. Akustik otomatik kayıt ile sıcaklık sapmalarını ve arızaları görsel olarak göstermelidir..
11. Cihazın emniyet termostatu olmalıdır.
12. Tüm veriler ve arıza kayıtları SD kartta 10 yıl, flash bellek üzerinde 1 yıl saklanabilmelidir.
13. Cihazın sıcaklık grafik göstergesi olmalıdır.
14. Cihazın USB SD- SIM Bağlantı yeri kuru kontak, seri portları RS 485 ve RJ45 olmalıdır.
15. Soğutucu tipi hava soğutmalı olmalıdır.
16. Cihazın otomatik defrost sistemi olmalıdır.
17. Soğutucu tipi R404A olmalı ve CFC gaz içermemelidir.
18. Cihaz çalışır durumda voltajı 230V/1/50 Hz olmalıdır.
19. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.