

SEGMENT LEMC S TEKN K ARTNAMES

1. Kan torbası hortumlarının segmentlerinden makas kullanılmadan tüp içerisine kan örne ini aktarılmasını sa lamalıdır.
2. Kandamlarını tüp içerisine aktarırken hemolize yol açmamalıdır.
3. Tüpten 25 ml. hacminde standart damlalar alınabilmelidir.
4. Santrifüj edilebilir özellikte olmalıdır.