

## HEMOSTATİK BASINÇ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kan damarlarında geniş lümenli iğnelerle yapılan işlemler sonrası olan kanamayı, girişim yerine direkt basınç uygulayarak kontrol altına alarak hemostaz oluşumunu engelleyebilmektedir.
2. Bandın tampon kısmında kısa sürede yüksek su absorbe eden selüloz sünger bulunmalıdır.
3. Bandın yapışkan taşıyıcı bölümü, şişen tampona Hemostatik basınç oluşturabilecek yapışma kuvvetine sahip olmalıdır. Bu kuvvet 300gf/cm den büyük olmalıdır. Firma bantın bu özelliğini belgeleyebilmelidir.
4. Bandın plastik yapışkan taşıyıcı bölümünün asıl bileşeni polivinilklorid olmalıdır.
5. Kullanım rahatlığı açısından bandın ebatları 25-30 mm x 72 mm den fazla olmamalı, bu ebatlar dış ve iç ambalajlarda belirtilmiş olup, belirtilen standartlardan sapma en fazla  $\pm 0,25$  mm olmalıdır.
6. Açılmadığı sürece steril olan bantların iç ambalajları, miadları içerisinde yapışkan özelliğini kaybetmemelidir.
7. Tek hastaya kullanılacak şekilde steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
8. Ürüne ait CE,ISO,FDA belgeleri olmalıdır.
9. Ürüne ait Sağlık Bakanlığı izin belgesi olmalı, izin tarihi ve numarasını belirten etiket ambalajın üzerinde yer almalıdır.