

BUZ AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Buz Aküleri 30 litre Kan taşıma kutularına uygun olmalıdır.
2. Buz aküleri tam kan ve eritrosit süspansiyonları için +4C°-mavi renk, trombosit süspansiyonları için +22C°-yeşil renk ve taze donmuş plazmalar için -30C°- sarı renk olmalıdır.
3. +4C° ve +22C° akülerin üzerinde akü sıcaklık değerini gösteren şerit termometre olmalıdır. (-30C° Aküler hariç)
4. Aküler plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Aküler;
+4C° aküler +2C°' de,
+22C° aküler +20C° ile +22C°' de,
-30C° aküler -30C° ile -40C° arasında muhafaza edilmelidir.
6. Aküler European Regulation 93/42/EWG kullanıma uygun olmalı ve üretici firmanın bu belgesi olmalıdır.
7. Üretici firmanın ISO Belgesi olmalıdır.
8. Aküleri veren firmanın Türkiye'de satış yetki belgesi olmalıdır.