

## HORTUM KAPAMA C HAZI TEKNİK ARTNAMES

- 1- Taınabilir cihaz, bataryalı güç ünitesi ve koaksiyel kablo ile güç ünitesine baılanan sert plastikten imal edilmi, kullanımı kolay ergonomik kapatma ünitelerinden olmalıdır.
- 2- Cihaz kan torbaları, aferez setleri ve kemik ili i dondurma torbalarının hortumlarını RF yöntemiyle kapatabilmelidir. Kapatma esnasında ısı üretilerek kan hücrelerine zarar vermemelidir.
- 3- Hortum, cihaz ile kapatıldıktan sonra her iki taraftan çekilerek rahat bir eilde ayrılmalı, makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 4- Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
- 5- Cihazın ana gövdesinde açma kapama dümesi, arj durumu, kapama i lemine hazır oldu u, kapama i leminin tamamlandı ı ve sıcaklık alarm göstergeleri bulunmalıdır.
- 6- Cihaz ile birlikte ücretsiz arj kablosu, koaksiyel kablo ve taıma askısı verilmelidir.
- 7- Cihazın a ırlı ı bataryası ile birlikte 1,3 Kg. ergonomik kapatma ünitesi a ırlı ı 230 Gramı geçmemelidir.
- 8- Ergonomik kapatma ünitesi, PVC hortumları steril ve sıvı akı ı olmayacak eilde kapatabilmelidir.
- 9- Ergonomik kapatma ünitesi üzerinde kapama i leminin tamamlandı ını gösteren uyarıcı ık olmalıdır.
- 10- Ergonomik kapatma ünitesi elektrotları plastik bir kapakla korunmalı ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
- 11- Tam kapasite arj olan cihaz ile 500 veya üzeri kapatma i lemi yapılabilmelidir.
- 12- Cihazın pili 24V/1100mAh NiMh., Frekansı 40,68 MHz. Kristal kontrollü, Çıkı Gücü 100W/50 Ohm.
- 13- Cihazın 93/42 EEC Belgesi olmalıdır.
- 14- thal ürünler için üretim yapıldı ı ülkeden düzenlenmi A.TR Belgesi ve gümrük giri beyannamesi olmalıdır. Teklif ile birlikte A.TR ve gümrük giri beyannamesi de verilmelidir. Bu iki belgede tutarsızlık olan firmaların teklifleri de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 15- thal edilen ürünlerin Türkiye satı yetki belgesi olmalıdır.
- 16- thalatçı firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.
- 17- Cihazın Sa lık Bakanlı ı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 18- Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti kar ılı ı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.